

ZADAVATEL

Obchodní firma: **Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a. s.**
Se sídlem: **Revoluční 1521/84, 400 01 Ústí nad Labem**
Telefon: **475 309 222**
IČ/DIČ: **62243136 / CZ62243136, plátce DPH**

VYSVĚTLENÍ č. 6 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Název zakázky: **Skenovací elektronový mikroskop s příslušenstvím**

Datum uveřejnění zakázky: **26. 5. 2017**

V Litvínově dne 14. 8. 2017

Na základě dotazů některých účastníků zadavatel poskytuje níže uvedené dodatečné informace k Zadávací dokumentaci předmětné zakázky:

Dotaz č. 1

Předmět dodatečného dotazu:

Na základě vaší výše uvedené zadávací dokumentace (dále ZD) v upravené verzi dle Vysvětlení č. 4 k ZD ze dne 28.7.2017 žádáme o vysvětlení některých bodů Zda to i v návaznosti na Vysvětlení č. 5 k ZD ze dne 7.8.2017:

Dle Vysvětlení č. 5 k ZD trváte na operačním systému k PC pouze MS Win 8 nebo Win 8.1. z důvodu kompatibility vašeho stávajícího informačního systému. Jak uvedl jeden z uchazečů ve svém dotaze citovaném ve Vysvětlení č. 5 k ZD, bude ukončena hlavní technická podpora MS Win 8.1 firmou Microsoft již v lednu 2018, tedy za přibližně čtyři a půl měsíce.

Současně však požadujete v ZD (dle čl. 6) „Dodávka, instalace, provoznění...mikroskopu...musí být splněna do 130 kalendářních dnů od podpisu smlouvy“.

Vezmeme-li v úvahu reálný termín podpisu smlouvy s vybraným uchazečem někdy v polovině září 2017, pak by se realizace dodávky uskutečnila nejpozději někdy koncem ledna 2018. Většina výrobců rastrovacích elektronových mikroskopů provozuje své ovládací PC, případně „kontrolery“ (jak např. uvádí jiný uchazeč ve svém dotazu ve vašem Vysvětlení č. 4 k ZD) na OS Windows 7 Professional, a předpokládá náhradu pak již na OS Win 10 a to již od počátku roku 2018. Tento jiný uchazeč se snaží o řešení situace „podpurným PC“ s OS na bázi Win 8 či 8.1, aby vyhověl vašim požadavkům.

Jako zadavatel máte dle ZD zájem na záruční době 24 měsíců a zajištění mimozáručního servisu za podmínek stanovených smlouvou v délce min. 5 let (čl. 5.1. ZD), tedy celkem po dobu 7 let, minimálně tedy do ledna 2024. Přitom však trváte OS Win 8 či 8.1.

Žádáme vás o upřesnění vašeho harmonogramu náhrady stávajícího informačního systému za nový, podporovaný na OS Win 10 tak, aby i vybraný uchazeč o tuto zakázku měl jistotu, že bude schopen dostát smluvním požadavkům hlavně v záruční době od ledna 2018 na správnou funkčnost svého přístroje.


Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Zadavatel v souvislosti se stále se opakujícími dotazy vztahujícími se k operačnímu systému poptávaného počítače znovu prošel veškeré možnosti provozu zařízení. V zájmu zachování co nejvyššího počtu účastníků zadávacího řízení přehodnotil Zadavatel svůj původní záměr propojit požadované PC se stávajícím informačním systémem tak, aby bylo možné na PC instalovat i jiný operační systém než pouze MS Win 8 Pro nebo 8.1 Pro. Nicméně PC bude připojeno k podnikové síti.

Zadavatel upravuje svůj požadavek a rozšiřuje spektrum verzí operačního systému, který mohou účastníci nabídnout. Zadavatel požaduje operační systém MS Win 7 **Professional** a vyšší v české nebo anglické verzi.

Zároveň zadavatel upozorňuje na nutnost kompatibility operačního systému a antiviru nabízeného účastníky.

Zadavatel si dovoluje informovat uchazeče, že prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu se zněním § 99 odst. 2 zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. **Nabídky lze předkládat Zadavateli až do 29. 9. 2017 do 10:00 hodin.**



Ing. Veronika Vavroušková
Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.

Přílohy:

- Příloha č. 1 - Upravená zadávací dokumentace ve finálním znění
- Příloha č. 2 - Upravená zadávací dokumentace s vyznačenými změnami
- Příloha č. 3 - Upravená Příloha č. 1 „Technická specifikace“ ve finálním znění
- Příloha č. 4 - Upravená Příloha č. 1 „Technická specifikace“ s vyznačenými změnami