

ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK

ve smyslu § 119 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

1. Specifikace zadávacího řízení

SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	
Zadavatel:	Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s., IČ: 622 43 136, se sídlem Revoluční 1521/84, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem (dále jen „Zadavatel“)
Název veřejné zakázky:	„Jednokanálový plynový chromatograf“ (dále jen „Veřejná zakázka“)
Druh Veřejné zakázky:	Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky
Druh zadávacího řízení:	Otevřená výzva dle čl. 5.6.3 Směrnice ředitele SR-EK-01-05

2. Osoby podílející se na hodnocení

Hodnocení nabídek prováděla na základě rozhodnutí Zadavatele komise ve složení:

Jméno a příjmení člena komise	Vztah člena komise k Zadavateli
Ing. Veronika Vavroušková	zaměstnanec - manažer infrastrukturních projektů
Ing. Ladislav Kudrlička	zaměstnanec - VaV pracovník
Ing. Jan Šafář, CSc.	zaměstnanec - VaV pracovník

3. Seznam hodnocených nabídek

Zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek obdržel 3 nabídky, přičemž všechny tyto nabídky byly posouzeny jako souladné se zadávacími podmínkami, a proto byly hodnoceny. Jedná se o nabídky následujících účastníků:

Pořadové číslo nabídky	Účastník
1.	SHIMADZU Handels GmbH-organizační složka Sídlo: K Hájbům 2, 155 00 Praha 5 IČO: 15887103
2.	Pragolab s.r.o. Sídlo: Nad Krocínkou 55, 190 00 Praha 9 IČO: 48029289
3.	HPST, s.r.o. Sídlo: Na Jetelce 69/2, 190 00 Praha 9 IČO: 25791079

4. Popis hodnocení

Komise provedla hodnocení dle hodnotících kritérií. Jako základní hodnotící kritérium byla stanovena ekonomická výhodnost nabídky s následujícími dílčími kritérii:

Kritérium	Váha
Nabídková cena: a. Celková nabídková cena Dodávky (90 %) b. Nabídková cena za 1 hodinu Servisní činnosti (10 %)	70 %
Technická úroveň nabízeného plnění: a. Maximální teplota termostatu GC (10 %) b. Vstupní tlak nosného plynu (20 %) c. Citlivost FID detektoru (pgC/s) (20 %) d. Diagnostické testy stavu přístroje (5 %) e. Dynamický rozsah FID detektoru (10 %) f. Rychlost sběru dat z FID detektoru (20 %) g. Vodíkový senzor (5 %) h. Práce v režimu konstantního tlaku i konstantního průtoku (lineární rychlosti) nosného plynu (10 %)	30 %

Účastník č. 1:

Kritérium/podkritérium	Hodnota kritéria	Bodová hodnota	Váha	Vážená bodová hodnota
Nabídková cena a. Celková nabídková cena Dodávky b. Nabídková cena za 1 hod. Servisní činnosti	662 163,- Kč bez DPH 1 500,- Kč bez DPH	$(90,61 \times 0,9) +$ $(73,33 \times 0,1) = 88,88$	70 %	62,22 b.
Technická úroveň nabízeného plnění a. Maximální teplota termostatu GC b. Vstupní tlak nosného plynu c. Citlivost FID detektoru (pgC/s) d. Diagnostické testy stavu přístroje e. Dynamický rozsah FID detektoru f. Rychlost sběru dat z FID detektoru g. Vodíkový senzor h. Práce v režimu konst. tlaku i konst. průtoku (lineární rychlosti) nosného plynu	450 1035 1,2 ano 10 ⁷ 500 ano ano	$(100 \times 0,1) +$ $(100 \times 0,2) +$ $(100 \times 0,2) +$ $(100 \times 0,05) +$ $(0 \times 0,1) +$ $(100 \times 0,2) +$ $(100 \times 0,05) +$ $(100 \times 0,1) = 90,00$	30 %	27,00 b.
Celkové hodnocení				89,22 b.

Účastník č. 2:


Kritérium/podkritérium	Hodnota kritéria	Bodová hodnota	Váha	Vážená bodová hodnota
Nabídková cena a. Celková nabídková cena Dodávky b. Nabídková cena za 1 hod. Servisní činnosti	600 000,- Kč bez DPH 1 100,- Kč bez DPH	$(100 \times 0,9) +$ $(100 \times 0,1) = 100$	70 %	70 b.
Technická úroveň nabízeného plnění a. Maximální teplota termostatu GC b. Vstupní tlak nosného plynu c. Citlivost FID detektoru (pgC/s) d. Diagnostické testy stavu přístroje e. Dynamický rozsah FID detektoru f. Rychlost sběru dat z FID detektoru g. Vodíkový senzor h. Práce v režimu konst. tlaku i konst. průtoku (lineární rychlosti) nosného plynu	450 1000 <1,4 ano 10 ⁷ 300 ne ano	$(100 \times 0,1) +$ $(100 \times 0,2) +$ $(85,71 \times 0,2) +$ $(100 \times 0,05) +$ $(0 \times 0,1) +$ $(100 \times 0,2) +$ $(0 \times 0,05) +$ $(100 \times 0,1) = 82,14$	30 %	24,64 b.
Celkové hodnocení				94,64 b.


Účastník č. 3:

Kritérium/podkritérium	Hodnota kritéria	Bodová hodnota	Váha	Vážená bodová hodnota
Nabídková cena a. Celková nabídková cena Dodávky b. Nabídková cena za 1 hod. Servisní činnosti	646 380,09 Kč bez DPH 1 800 Kč bez DPH	$(92,82 \times 0,9) +$ $(61,11 \times 0,1) = 89,65$	70 %	62,76 b.
Technická úroveň nabízeného plnění a. Maximální teplota termostatu GC b. Vstupní tlak nosného plynu c. Citlivost FID detektoru (pgC/s) d. Diagnostické testy stavu přístroje e. Dynamický rozsah FID detektoru f. Rychlost sběru dat z FID detektoru g. Vodíkový senzor h. Práce v režimu konst. tlaku i konst. průtoku (lineární rychlosti) nosného plynu	450 1034 <1,4 ano >10 ⁷ 500 ne ano	$(100 \times 0,1) +$ $(100 \times 0,2) +$ $(85,71 \times 0,2) +$ $(100 \times 0,05) +$ $(100 \times 0,1) +$ $(100 \times 0,2) +$ $(0 \times 0,05) +$ $(100 \times 0,1) = 92,14$	30 %	27,64 b.
Celkové hodnocení				90,40 b.

Nejvýhodnější nabídkou se dle provedeného hodnocení stala nabídka účastníka č. 2, společnosti Pragolab s.r.o., se sídlem Nad Krocínkou 55, 190 00 Praha 9, IČO: 48029289.

V Litvínově dne 19. 10. 2017


Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.
Ing. František Svoboda
předseda představenstva


Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.
Ing. Jiří Hájek, MBA
člen představenstva