

ZADAVATEL

Obchodní firma: **Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a. s.**
Se sídlem: **Revoluční 1521/84, 400 01 Ústí nad Labem**
Telefon: **475 309 222**
IČ/DIČ: **62243136 / CZ62243136, plátce DPH**

VYSVĚTLENÍ č. 1
K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Název zakázky: **Fluorescenční mikroskop**

Datum uveřejnění zakázky: **11. 7. 2018**

V Litvínově dne 17. 7. 2018

Na základě dotazů některých účastníků zadavatel poskytuje níže uvedené dodatečné informace k Zadávací dokumentaci předmětné zakázky:

Dotaz č. 1

Předmět dodatečného dotazu:

Požadovaný parameter (Příloha č.1 zadávací dokumentace – Minimální technické požadavky na přístroj – bod 2.).

Zadavatel uvádí: Zdroj světla – rtuťová výbojka o minimálním výkonu 753, nebo ekvivalentní LED zdroj.

Domnívame sa, že v tomto bode došlo k preklepu hodnoty 753 a jedná sa o hodnotu 75 W.

Máme možnosť ponúknuť širokospektrálny metalhalidový zdroj o výkone 120 W a životnosti minimálne 8x dlhšou ako rtuťová výbojka. Tento zdroj navyše umožňuje pozorovanie v dopadajúcom svetle. Bude zadavateľ akceptovať tento druh zdroja?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Ano, jedná se o překlep a správná hodnota minimálního výkonu má být 75 W.

Příloha č. 1 „Technická specifikace“, bod 2 minimálních technických požadavků na přístroj uvádí, jako požadovaný zdroj světla rtuťovou výbojku nebo ekvivalentní LED zdroj. Zadavatel tuto informaci doplňuje v následujícím smyslu: Pro účely využití přístroje je důležitým parametrem především minimální výkon zdroje světla a jeho spolehlivost. Z tohoto důvodu ustupuje Zadavatel ze svého původního požadavku a nadále trvá pouze na požadavku minimálního výkonu 75 W bez další specifikace. Pro vyloučení veškerých pochybností je přílohou tohoto vysvětlení nové znění Přílohy č. 1 „Technická specifikace“, a to vč. revizí i ve finálním znění.

Dotaz č. 2

Předmět dodatečného dotazu:

Požadovaný parameter (Příloha č.1 zadávací dokumentace – Minimální technické požadavky na přístroj – bod 13.)

Zadavatel uvedla: Objektiv 100x – olejový, planapochromatický, nastavitelná numerická apertura v rozsahu min. 0,5 – 1,2 nebo větším pro světlé pole, fluorescenci a DIC.

Máme možnost ponúknut' planapochromatický objektiv s rovnakým rozsahom nastaviteľnej numerickej apertúry a to v rozsahu 0,7 – 1,4. Vyššia numerická apertúra umožní pozorovanie s vyšším rozlíšením, čo je pri takýchto vysokých zväčšeniach zásadné. Bude zadavateľ akceptovať objektiv 100x – olejový, planapochromatický s nastaviteľnou numerickou apertúrou v rozsahu 0,7 – 1,4 pre svetlé pole, fluorescenciu a DIC?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:

Příloha č. 1 „Technická specifikace“ bod 13 minimálních technických požadavků na přístroj uvádí požadovanou nastavitelnou numerickou aperturu v rozsahu min. 0,5 - 1,2 nebo větším. Zadavatel doplňuje tuto informaci v tom smyslu, že pro účelné využití přístroje je nutná především dosažitelnost horní hranice stanoveného rozsahu apertury nebo vyšší. Zásadním požadavkem je tedy co nejvyšší hodnota numerické apertury, přičemž není podmínkou, aby apertura byla nastavitelná v určitém rozsahu. Zadavatel v souladu s touto skutečností upravil znění přílohy č. 1 „Technická specifikace“. Upravené znění je přílohou tohoto vysvětlení.

Pro vyloučení veškerých pochybností přikládá zadavatel upravený text výzvy a zadávací dokumentace a upravenou přílohu č. 1 – Technická specifikace výzvy a zadávací dokumentace.

Vzhledem k povaze změn v rámci technické specifikace si Zadavatel dovoluje informovat uchazeče, že prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu se zněním § 99 odst. 2 zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. **Nabídky lze předkládat Zadavateli až do 8. 8. 2018 do 8:00 hodin.**



Ing. Veronika Vavroušková
Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Upravená výzva a zadávací dokumentace

Příloha č. 2 – Upravená příloha č. 1 – Technická specifikace výzvy a zadávací dokumentace