

ZADAVATEL

Obchodní firma: **Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a. s.**
Se sídlem: **Revoluční 1521/84, 400 01 Ústí nad Labem**
Telefon: **475 309 222**
IČ/DIČ: **62243136 / CZ62243136, plátce DPH**

VYSVĚTLENÍ č. 1 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Název zakázky: **6x Kryostat cirkulační**

Datum uveřejnění zakázky: **1. 10. 2018**

V Litvínově dne 8. 10. 2018

Na základě dotazů některých účastníků zadavatel poskytuje níže uvedené dodatečné informace k Zadávací dokumentaci předmětné zakázky:

Dotaz č. 1

Předmět dodatečného dotazu:

Vyhoví zadavateli cirkulační termostat s rozměry š=240mm , v=460mm, h=400mm místo požadovaných Š x V x HL: 250x450x500mm (tolerance ± 10mm)?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Zadavatel upřesňuje maximální rozměr poptávaného kryostatu, a to max. 280x460x500mm. Zadavatel pro umístění termostatů disponuje právě tímto maximálním prostorem. Větší rozměr kryostatu by znemožnil jeho instalaci, a proto jej Zadavatel nebude akceptovat.

Dotaz č. 2

Předmět dodatečného dotazu:

V rámci výše uvedené VZ uvažujeme o nabídce kryostatů, které i v některých parametrech převyšují vaše požadavky avšak v některých parametrech jsou jiné a to:

Max. objem lázně 12 L

Rozměry lázně (mm): š x d x hl: 240 x 120 x 200

Rozměry přístroje (mm): š x d x v (height): 385 x 519 x 790

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:

K rozměru přístroje se Zadavatel vyjádřil v odpovědi na dotaz č. 1 tohoto vysvětlení.

Zadavatel v příloze č. 1 „Technická specifikace“ výzvy a zadávací dokumentace k předmětné zakázce uvedl, že požaduje „Rozměry vany Š x V x HL: min. 160x30x140mm“. Rozměr lázně uvedený v rámci dotazu č. 2 tuto podmínku splňuje.

Dále Zadavatel v příloze č. 1 uvádí požadavek na max. objem lázně, a to 4 litry. Zadavatel od tohoto požadavku upouští.

Dotaz č. 3*Předmět dodatečného dotazu:*

V příloze 1 techn. specifikacích uvádíte rozměry přístroje s tolerancí ± 10 mm. Je možné, aby jeden rozměr byl menší o cca 100 mm?


Může být hloubka přístroje o 100 mm menší?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 3:

K rozměru přístroje se Zadavatel vyjádřil v odpovědi na dotaz č. 1 tohoto vysvětlení.

Vzhledem k povaze vysvětlení zadávací dokumentace si Zadavatel dovoluje informovat účastníky, že prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu se zněním § 99 odst. 2 zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. **Nabídky lze předkládat Zadavateli až do 25. 10. 2018 do 10:00 hodin.**

Pro vyloučení všech pochybností přikládá Zadavatel k tomuto vysvětlení aktualizovanou přílohu č. 1 „Technická specifikace“ výzvy a zadávací dokumentace.



Ing. Veronika Vavroušková
Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Upravená příloha č. 1 – Technická specifikace

Příloha č.1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu „6x Kryostat cirkulační“

Poptávané zařízení: Zadavatel poptává 6 kusů cirkulačních kryostatů. Přístroje budou využívány pro technologické zařízení pro vymrazování odebíraných vzorků procesních surovin.

Přístroj musí umožňovat:

- Chlazení pomocí uzavřeného systému, chladicí výkon musí být plynule regulovatelný, musí být vybaven vaničkou pro kontrolu a doplňování chladicí kapaliny.

1. Minimální technické požadavky na přístroj:

Požadavky - přístroj	Vyjádření účastníka (účastník uvede specifikace, které splňuje jím nabízené vybavení)
teplotní rozsah měření: min. -30°C až +200°C	
Rozlišení ovládacího displeje: +/- 0,01°C nebo lepší	
Integrovaný programátor teploty	
přesnost teploty: min. $\pm 0,02^{\circ}\text{C}$	
reprodukovatelnost teploty: min. $\pm 0,02^{\circ}\text{C}$	
Kapacita vytápění: 2 kW - 2,5 kW	
Kapacita čerpadla: 20 – 30 litrů/min	
Tlak čerpadla na výstupu: 0,4 bar a vyšší	
Rozměry vany Š x V x HL: min. 160x30x140mm	
Rozhraní: RS232 nebo RS485	
Teplota prostředí: 5 – 40°C	
Rozměry přístroje Š x V x HL: max. 280x460x500mm	
Chlazení kompresoru: vzduch	
Připojení čerpadla: M16x1	
Napájecí napětí: 230V/50Hz a zařízení musí být kompatibilní s elektrickou rozvodnou sítí ČR	
dodaný přístroj musí být nový, nikoliv prototyp nebo demo verze	

2. Součásti dodávky jsou následující položky:

- dokumentace včetně návodu v českém jazyce

Součástí předmětu plnění je:

- záruka účastníka na dostupnost náhradních dílů a spotřebního materiálu po dobu 5 let od první instalace přístroje
- mimozáruční servis v délce min. 5 let od první instalace.

- Záruka 24 měsíců

3. Povinnosti dodavatele před a po instalaci přístroje a dalších dodávaných komponent:

- provedení instalace a uvedení přístroje a jeho příslušenství do provozu, prověření bezchybné funkčnosti, dopravu do místa instalace v sídle kupujícího, platby spojené s dovozem předmětu, cla, daně, dovozní a vývozní přírážky a veškeré další poplatky spojené s dodávkou předmětu, technickou dokumentaci, prohlášení o shodě

Příloha č.1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu „6x Kryostat cirkulační“

Poptávané zařízení: Zadavatel poptává 6 kusů cirkulačních kryostatů. Přístroje budou využívány pro technologické zařízení pro vymrazování odebíraných vzorků procesních surovin.

Přístroj musí umožňovat:

- Chlazení pomocí uzavřeného systému, chladicí výkon musí být plynule regulovatelný, musí být vybaven vaničkou pro kontrolu a doplňování chladicí kapaliny.

1. Minimální technické požadavky na přístroj:

Požadavky - přístroj	Vyjádření účastníka (účastník uvede specifikace, které splňuje jím nabízené vybavení)
teplotní rozsah měření: min. -30°C až +200°C	
Rozlišení ovládacího displeje: +/- 0,01°C nebo lepší	
Integrovaný programátor teploty	
přesnost teploty: min. $\pm 0,02^{\circ}\text{C}$	
reprodukovatelnost teploty: min. $\pm 0,02^{\circ}\text{C}$	
Kapacita vytápění: 2 kW - 2,5 kW	
Kapacita čerpadla: 20 – 30 litrů/min	
Tlak čerpadla na výstupu: 0,4 bar a vyšší	
Rozměry vany Š x V x HL: min. 160x30x140mm	
Objem vany: max. 4 litry	
Rozhraní: RS232 nebo RS485	
Teplota prostředí: 5 – 40°C	
Rozměry přístroje Š x V x HL: max. 2850x4650x500mm (tolerance ± 10 mm)	
Chlazení kompresoru: vzduch	
Připojení čerpadla: M16x1	
Napájecí napětí: 230V/50Hz a zařízení musí být kompatibilní s elektrickou rozvodnou sítí ČR	
dodaný přístroj musí být nový, nikoliv prototyp nebo demo verze	

2. Součásti dodávky jsou následující položky:

- dokumentace včetně návodu v českém jazyce

Součástí předmětu plnění je:

- záruka účastníka na dostupnost náhradních dílů a spotřebního materiálu po dobu 5 let od první instalace přístroje

- mimozáruční servis v délce min. 5 let od první instalace.
- Záruka 24 měsíců

3. Povinnosti dodavatele před a po instalaci přístroje a dalších dodávaných komponent:

- provedení instalace a uvedení přístroje a jeho příslušenství do provozu, prověření bezchybné funkčnosti, dopravu do místa instalace v sídle kupujícího, platby spojené s dovozem předmětu, cla, daně, dovozní a vývozní přírážky a veškeré další poplatky spojené s dodávkou předmětu, technickou dokumentaci, prohlášení o shodě