

ZADAVATEL

Obchodní firma: **Unipetrol výzkumné vzdělávací centrum, a. s.**
Se sídlem: **Revoluční 1521/84, 400 01 Ústí nad Labem**
Telefon: **475 309 222**
IČ/DIČ: **62243136 / CZ62243136, plátce DPH**

VYSVĚTLENÍ č. 1 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Název zakázky: **Technické a kalibrační plyny**
Druh zakázky: **Zakázka malého rozsahu**
Datum uveřejnění zakázky: **24. 4. 2018**

V Litvínově dne 2. 5. 2018

Na základě dotazů některých dodavatelů zadavatel poskytuje níže uvedené dodatečné informace k Zadávací dokumentaci předmětné zakázky:

Dotaz č. 1

Předmět dodatečného dotazu:

Je požadováno, aby nabídka byla podána jako kompletní? Tedy v části A i části B podat nabídku na všechny položky?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Ano, Zadavatel požaduje, aby účastník podal nabídku pro kompletní výčet položek v části, do které nabídku podává.

Dotaz č. 2

Předmět dodatečného dotazu:

V části B jsou uvedené požadované koncentrace složek směsí v objemových procentech. Bylo by možné nabídnout molární procenta?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:

Účastník může vést svou evidenci koncentrací v jakýchkoli jednotkách, nicméně je odpovědný za to, aby daná koncentrace splňovala požadavky zadávací dokumentace. Do nabídky uvede účastník koncentrace v objemových procentech tak, aby nabídky jednotlivých účastníků byly porovnatelné.

Dotaz č. 3

Předmět dodatečného dotazu:

Bylo by možné u poptávaných regulačních ventilů (do pronájmu) uvést některé základní parametry? Zajímalo by mě, zda máte zájem o jednostupňové nebo dvoustupňové ventily. Jaký je požadován rozsah nastavení výstupního tlaku. Jaký je požadován výstup na jednotlivých ventilech, například na hadičku, vnitřní nebo vnější závit apod.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 3:

Zadavatel bude v rámci jednotlivých dodávek požadovat výstup na ventilech typ buď kompresní šroubení pro trubku (pro průměry 6 mm, 1/4", 1/8" a 1/16") nebo hadicový nástavec (tzv. „olivka“ nebo „hadičnick“).

Zadavatel dále uvádí, že ventily může podle potřeby požadovat jednostupňové i dvoustupňové. Účastník do své nabídky v příloze č. 7a (pro část A) nebo 7b (pro část B) uvede do příslušných kolonek jednotkovou cenu pro jednostupňový i dvoustupňový ventil. Zadavatel pro tyto účely upravil přílohy č. 7a a 7b a zároveň byl upraven postup hodnocení v textu výzvy a zadávací dokumentace.

Rozsahy výstupních tlaků používá Zadavatel následující (uvedeno v bar):

- | | | |
|-------------|------------|------------|
| • 0,2 - 2,5 | • 1 - 10 | • 2,5 - 50 |
| • 0,2 - 3 | • 1 - 10,5 | • 5 - 100 |
| • 0,5 - 6 | • 1 - 14 | • 5 - 150 |
| • 10 - 200 | • 2,5 - 14 | |

Účastník nabídne ventily v daném nebo větším rozsahu výstupních tlaků.

Účastník je odpovědný za to, aby redukční ventily a jejich materiálová odolnost ve vztahu k příslušnému plynu odpovídala platným normám.

Dotaz č. 4

Předmět dodatečného dotazu:

U poptávaného syntetického vzduchu jsem nenašel požadovanou minimální čistotu.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 4:

Zadavatel požaduje syntetický vzduch ve složení 20% O₂ (± 1% obj), 80% N₂.

Dotaz č. 5

Předmět dodatečného dotazu:


Bylo by možné nabídnout v čistotě Helium 6.0, láhev 50l pouze s tlakem 200 bar? Nebo je nutné nabídnout tuto čistotu i v lahvi s tlakem 300 bar?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 5:

Zadavatel trvá na svém požadavku 300 bar z provozně-technologických důvodů.

Pro vyloučení veškerých pochybností k výše uvedeným úpravám zadavatel přikládá upravenou Výzvu a zadávací dokumentaci a upravené přílohy č. 7a – Závazná struktura nabídkové ceny pro část A veřejné zakázky a č. 7b - Závazná struktura nabídkové ceny pro část B veřejné zakázky.

Vzhledem ke změnám zadávacích podmínek a k rozsáhlejší doplňující informacím k technické specifikaci, rozhodl Zadavatel o prodloužení lhůty pro podání nabídek analogicky k § 99 odst. 1 zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. **Nabídky lze předkládat Zadavateli až do 21. 5. 2018 do 10:00 hodin.**


Ing. Veronika Vavroušková
Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Upravená příloha č. 7a – Závazná struktura nabídkové ceny pro část A veřejné zakázky
Příloha č. 2 – Upravená příloha č. 7b – Závazná struktura nabídkové ceny pro část B veřejné zakázky
Příloha č. 3 – Upravená Výzva a zadávací dokumentace veřejné zakázky